※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

ハイボリウムエアサンプラ購入仕様書

1　履行場所　香椎測定局（福岡市東区香住ヶ丘３－１０）

2　納　　期　契約締結の日から平成27年２月27日まで

3　品　　名　下記内訳のとおり

名　　称	規　　格	単位	数量	備　　考
ハイボリウム エアサンプラ	特記仕様書参照	台	1	（参考品） 柴田科学株式会社　HV-1000R ※同等品可
以下余白				

4　そ　の　他

（1）仕様についての問い合わせは，環境局環境保全課（TEL:733-5386　担当：谷口）まで

（2）同等品で見積もるときは，見積合わせ前にカタログ等を提出し環境保全課の了承を得ること。

発注番号 4263002747

特記仕様書

1　機種
ハイボリウムエアサンプラ
柴田科学株式会社製　　ハイボリウムエアサンプラ　HV-1000R
上記製品またはその同等品以上、ただし「３　機能及び性能等」を有するものに限る。

2　使用目的
大気中の浮遊粉じん（有害大気汚染物質）を一定流量でフィルタ上に吸引捕集する。

3　機能及び性能等
ア　設定流量範囲が６００～１２００Ｌ/ｍｉｎ程度であること。
イ　定流量精度が設定流量の±５％以内であること。
ウ　流量を２０℃１気圧／２５℃１気圧／実流量の値に自動補正できること。
エ　約20×25cmの角型ろ紙を装着した捕集に対応していること。
オ　ブラシレスモータを採用していること。
カ　使用状態から容易に折りたため、運搬が容易に行えること。
キ　５回分以上の測定データを記録できること。
ク　停電処理として、停電復帰後、停電前の動作を継続できること。
ケ　騒音対策を施し、騒音を抑えた構造設計になっていること。
コ　測定時刻、積算時間、積算流量、設定流量、平均流量、大気圧、大気温度、エラーを記録できること。

4　提出書類
保証書 各１部
取扱説明書 各１部

5　保証
保証期間は、本市職員による検査終了から１年間とし、保証期間内に機能上の欠陥による障害が発生したときには、無償で速やかに対応すること。

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約伺への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

2

(物 品 用)

購入仕様書

件名　　遺伝子検出用試薬
履 行 場 所　　環境局保健環境研究所保健科学課
履 行 期 間　　契約締結日 か ら
平成 27年 3月 31日 ま で
かし担保期間　　年　　月
品　　名　　下記内訳のとおり

内　　訳

品　名	規　格	単位	数量	備　考
遺伝子検出用試薬	O-157（ベロ毒素1型、2型遺伝子）PCR Typing Set Plus 100回用 タカラバイオ RR122A	箱	15	遺伝子検出用試薬は腸管出血性大腸菌の毒素の型別に使用

環境局保健環境研究所保健科学課
感染症担当　麻生嶋（あそしま）
TEL　０９２－８３１－０６８３

発注番号 4263002789